自助用スプーン・自助用フォーク／ホルダー付
取扱説明書

1. 安全上の注意

1) スプーン・フォークを口に入れたまま頭を激しく振ったり、急に立ち上がったりしないでください。ケガをするおそれがあります。
2) 本品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないでください。
3) ストーブ等火気のそばに近づけないでください。変形・変質のおそれがあります。
4) ご使用になる前に、スプーン部又はフォーク部とハンドルをしっかり固定してください。ゆるんでいるとスプーン部又はフォーク部がはずれ、ケガをするおそれがあります。
5) おもり・ストッパー等のパーツ類は、口に入れないでください。

2. 製品概要

- 口に運びやすいよう上下･左右、自由自在の角度にスプーン部又はフォーク部を曲げることができます。
- 使用者又は用途に応じてハンドルの重さを調節できます（※おもりは別売品）。
- ホルダーを使用すると、握力の弱い方や、まったく握力のない方でも使用することができます。

【別売品】



品名	数量
おもり	18個
取付棒	1本
ストッパー	21個
固定用チップ	5個
0リング	2個

1) 材質
スプーン部・フォーク部：ステンレス
ハンドル：熱可塑性ゴム（青色部分）、ポリプロピレン（白色部分）
おもり、取付棒：ステンレス
ストッパー、固定用チップ、0リング：熱可塑性ゴム

2) サイズ
全長：約250㎜
ハンドル全長:約135㎜
ハンドル径：約35㎜

3) 重量
スプーン：約110g
フォーク：約100g
取付棒：60g
おもり：1個10g

4) 耐熱温度：100度

3. 使用方法とその注意事項

1) 使用方法
ハンドルを握り、スプーン部又はフォーク部を用途に応じた角度に調整してください。

2) おもりの取付方法
① スプーン部又はフォーク部をハンドルから取り外してください。
② 用途に応じた量のおもりを取付棒に差し込み、取付棒の先端までストッパーを補充しておもりが動かないようしっかりと固定してからハンドルに挿入します。
※取付棒は60g、おもりは17個(170g)まで入れることができます。
③ 固定用チップをスプーン部又はフォーク部にはめ込みます。
※固定用チップは取り付けなくても使用できますが、ハンドル内のおもりが安定しない場合があります。
④ ハンドルにスプーン部又はフォーク部を取り付けてください。

固定用チップはめこみ位置

3) ホルダー
① 輪の部分をハンドルの上部に取り付けます。
② ハンドルを握って（握れない場合は、ハンドルに手を添えて）、マジックテープの受け側を上に向けたまま、マジックテープの先端をハンドルの底の孔に上から通してください。
③ ホルダー先端部を引っ張ってマジックテープで止め、本品を手にしっかり固定させます。
〈注意〉固定後、痛みやうっ血等がある場合は、速やかにゆるめるか、取り外してください。

4. お手入れ

1) スプーン部又はフォーク部とハンドルをはずし、おもりを取り出してから洗浄してください。
2) スプーン部又はフォーク部、ハンドル、パーツ類はアルコール消毒、煮沸消毒ができます。
3) 洗浄、消毒後は水を切って乾燥させ、清潔な状態で保管してください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目８番２号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp/

注文コード	品番	商品名
502-022-55	MTS1000	自助用スプーン（ホルダー付）
502-022-56	MTF1000	自助用フォーク（ホルダー付）

【別売品】

502-022-57	MTS9000	自助用スプーン・フォーク用おもり